

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ vào dự toán, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế hàng năm tại đơn vị;

Thực hiện công tác quản lý, vận hành trang thiết bị y tế tại đơn vị. Bệnh viện Bắc Thăng Long có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định định kỳ các trang thiết bị y tế theo kế hoạch hàng năm tại đơn vị.

Để đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ, đảm bảo cho hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện. Bệnh viện Bắc Thăng Long kính mời các Quý công ty, đơn vị có chức năng bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế quan tâm có thể đến Bệnh viện khảo sát và có phương án bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ và có phương án thay thế (đối với các trang thiết bị cần phải sửa chữa, thay thế).

Mọi thông tin chi tiết về danh mục trang thiết bị liên hệ trực tiếp về Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Bắc Thăng Long, tổ 18, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thời gian tiếp nhận thông tin theo kế hoạch, biểu mẫu báo giá (chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo).

File mềm gửi theo địa chỉ: vttbytbvbt@gmail.com.

Điện thoại liên hệ: Phòng Vật tư - TBYT - 0243.968 7253.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải Website);
- Lưu: VT-TBYT, VT.

GIÁM ĐỐC *hmv*

Vũ Thành Chung

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BẢO DƯỠNG, KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN

(Kèm theo Thư mời cung cấp báo giá số 84 /TM-BVBTL ngày 22/01/2024)

TT	Danh mục trang thiết bị	Khoa phòng sử dụng	Nước sản xuất	Đơn vị	Số lượng	Dự kiến thời gian thực hiện bảo dưỡng định kỳ	Thời gian thực hiện kiểm định định kỳ	Ghi chú
I. Nhóm các thiết bị X-Quang trong chẩn đoán y tế								
1	Máy chụp CT Scanner	Khoa CDHA	GE/TQ/Ấn Độ	HT	1	Quý I/2024	Tháng 9/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định định kỳ
2	Máy chụp X-Quang kỹ thuật số	Khoa CDHA	Shimadzu/Nhật Bản	Máy	2	Quý I/2024	Tháng 9/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư kiểm định định kỳ
3	Máy chụp X-Quang tăng sáng (C-arm)	Khoa GMHS	Shimadzu/Nhật Bản	Máy	1	Quý I/2024	Tháng 9/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định định kỳ
4	Máy đo mật độ xương bằng tia X	Khoa CDHA	Hologic/Mỹ	Máy	1	Quý I/2024	Tháng 9/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định định kỳ
5	Máy X-Quang di động	Khoa HSTC&CD	Fujifilm/Nhật Bản	Máy	1	Quý I/2024	Tháng 9/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định định kỳ
6	Máy chụp cộng hưởng từ	Khoa CDHA	Hitachi/Nhật Bản	HT	1	Quý I/2024		Bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thay thế
7	Phòng chụp X-Quang	Khoa CDHA		Phòng	05		Tháng 9/2024	Kiểm xạ định kỳ hàng năm
II. Nhóm thiết bị Nồi hấp tiết trùng (sử dụng trong y tế)								
1	Nồi hấp tiết trùng 50 lít, nồi hấp BK	Khoa KSNK	Vietronic/Việt Nam	Máy	2	Quý II, III/2024	Tháng 8/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định định kỳ
2	Nồi hấp tiết trùng 300L, 600 L	Khoa KSNK	Vietronic/Việt Nam	Máy	2	Quý II, III/2024	Tháng 8/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư định kỳ
3	Áp kê (tại các thiết bị nồi hấp tiết trùng, bồn oxy lỏng, chai oxy)		Trung Quốc	Cái	20			Kiểm định định kỳ
3	Tủ sấy 250 lít, 500 lít	Khoa KSNK	Vietronic/Việt Nam	Máy	4	Quý II, III/2024	Tháng 8/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định định kỳ

TT	Danh mục trang thiết bị	Khoa phòng sử dụng	Nước sản xuất	Đơn vị	Số lượng	Dự kiến thời gian thực hiện bảo dưỡng định kỳ	Thời gian thực hiện kiểm định định kỳ	Ghi chú
III. Hệ thống khí trung tâm (Bảo gồm Bồn chứa, máy nén khí và hệ thống đường ống)		Toàn viện	Cryolor/Pháp	HT	1	Quý II, III/2024	Tháng 8/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ
IV. Các thiết bị của khoa Thẩm dò chức năng								
1	Máy điện não vi tính	Thăm dò chức năng	Eb Neuro S.p.A/ Ý	Máy	1	Quý II, III/2024	Tháng 9/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ
2	Máy điện tim 6 kênh	Các khoa	Nihon kohden/ Nhật bản	Máy	5	Quý II, III/2024	Tháng 9/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ
V. Các thiết bị bắt buộc phải thực hiện kiểm định định kỳ (Theo TT 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022)								
1	Máy thở	HSTC&CF	Drageer, Newport, Ireland	Máy	10	Quý II, III/2024	Tháng 6/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ
2	Máy gây mê kèm thở	Khoa GMHS	Drageer/Đức Karl Storz/ Olympus Đức/Nhật	Máy	4	Quý II, III/2024	Tháng 6/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ
3	Dao mổ điện	Khoa GMHS	B/Braun/Đức	Máy	5	Quý II, III/2024	Tháng 6/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ
4	Máy thận nhân tạo	Khoa TNT	NihonKohden/ Nhật	Máy	20	Quý II, III/2024	Tháng 6/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ
5	Máy phá rung tim	Khoa CC, HSTC&CF	Hàn Quốc	Máy	2	Quý II, III/2024	Tháng 6/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ
6	Lông áp trẻ sơ sinh	Khoa Nhi	Hàn Quốc	Máy	1	Quý II, III/2024	Tháng 6/2024	Bảo dưỡng, thay thế vật tư, kiểm định kỳ định kỳ

TT	Danh mục trang thiết bị	Khoa phòng sử dụng	Nước sản xuất	Đơn vị	Số lượng	Dự kiến thời gian thực hiện bảo dưỡng định kỳ	Thời gian thực hiện kiểm định định kỳ	Ghi chú
VI. Các thiết bị của phòng Xét nghiệm bắt buộc phải thực hiện kiểm định định kỳ								
1	Tủ An toàn sinh học	Khoa XN	Hàn Quốc, VN	Cái	2	Quý II, III/2024	Tháng 02/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
2	Máy ly tâm	Khoa XN	Nhật	Cái	2	Quý II, III/2024	Tháng 02/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
3	Kính hiển vi	Khoa XN	Nhật, TQ	Cái	3	Quý II, III/2024	Tháng 02/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
4	Micro pipet đơn mức	Khoa XN	Nhật	Cái	2	Quý II, III/2024	Tháng 02/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
5	Micro pipet đa mức	Khoa XN	Nhật	Cái	6	Quý II, III/2024	Tháng 02/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
VII. Các phương tiện đo nhóm II								
1	Nhiệt kế thủy ngân	Các khoa	TQ	Cái	50		Tháng 12/2024	Kiểm định khi mua mới
2	Cân sức khô	Các khoa	TQ	Cái	10		Tháng 12/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
3	Huyết áp ké cơ	Các khoa	Nhật	Cái	20		Tháng 12/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
4	Huyết áp điện tử	Các khoa	Nhật	Cái	15		Tháng 12/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
5	Nhiệt kế, nhiệt ẩm kế	Các khoa	TQ	Cái	50		Tháng 12/2024	Kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ
VIII. Thay thế vật tư, sửa chữa các bộ lưu điện								
1	Thay thế Acquy cho các bộ lưu điện (C6KE, C3KSE)	XN, CDHA	TQ	Bình	70	Tháng 3/2024		Kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng định kỳ

PHỤ LỤC 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời cung cấp báo giá số 81 /TM-BVBTL ngày 22 /01/2024)

Tên đơn vị cung cấp báo giá:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Email:

Kính gửi: Bệnh viện Bắc Thăng Long

Công tyxin gửi tới Quý Bệnh viện báo giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị như sau:

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1					
2				
	Tổng cộng				

Giá trên là trọn gói đã bao gồm toàn bộ chi phí thuế, lệ phí, chi phí nhân công và các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, hàng hóa theo yêu cầu của Bệnh viện.

Hiệu lực của báo giá: ≤ 90 ngày kể từ ngày cung cấp.

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)