

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**YÊU CẦU CUNG CẤP
BÁO GIÁ, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CỦA CÁC TRANG THIẾT BỊ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bắc Thăng Long có nhu cầu tiếp nhận thông tin để tham khảo, xây dựng cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật, báo giá của hàng hóa, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2025 của đơn vị với nội dung cụ thể sau:

I. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý TTBYT;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3434/QĐ-SYT ngày 26/11/2024 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ và giao dự toán kinh phí mua sắm tài sản, thiết bị y tế của các đơn vị đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-SYT ngày 17/12/2024 của Sở Y tế Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ Dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của Bệnh viện Bắc Thăng Long;

II. Thông tin của đơn vị yêu cầu thông tin:

1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người trực tiếp nhận thông tin:

Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Liên hệ Dược sỹ Tuấn; Kỹ sư Tuấn Anh)

Số điện thoại: 0978 852 368. Email: vttbytbvbt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận:

- Bản cứng gửi theo địa chỉ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

- Bản mềm gửi theo địa chỉ email: vttbytbvbt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận thông tin:

Từ 08h ngày 24/3/2025 đến trước 17h ngày 04/4/2025

Sau thời điểm nêu trên Bệnh viện sẽ không tiếp nhận các thông tin gửi đến.

Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên Website Bệnh viện theo địa chỉ: <http://benhvienbachthanglong.org.vn> và trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

III. Nội dung yêu cầu cung cấp thông tin:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu cung cấp báo giá:

STT	Danh mục trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản
Danh mục mua sắm từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2025 (tại Quyết định số 3699/QĐ-SYT ngày 17/12/2024 của Sở Y tế Hà Nội). Tổng dự toán: 7.880.000.000 đồng				
1	Máy X quang CArm	Máy	01	Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo
2	Hệ thống nội soi tai mũi họng (ống cứng)	Hệ thống	01	Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo
3	Máy mổ Phaco	Máy	01	Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo
4	Holter theo dõi huyết áp (≥ 2 đầu ghi)	Hệ thống	01	Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo
5	Holter điện tim (≥ 2 đầu ghi)	Hệ thống	01	Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo
6	Máy gây mê (kèm thở, có theo dõi khí mê)	Máy	01	Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo
7	Máy sóng ngắn	Máy	01	Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo

(Chi tiết yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản tại Phụ lục 01 kèm theo)

2. Đơn vị cung cấp gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế (hoặc tương đương); Cattalog của hàng hóa hoặc tài liệu chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật; Phân loại trang thiết bị y tế; Giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy tờ tương đương; Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (trong vòng 12 tháng, nếu có).

- Nội dung chi tiết của thông tin cung cấp: Trên cơ sở những yêu cầu kỹ thuật cơ bản yêu cầu, nhà thầu cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến thiết bị mà mình chào (tương đương hoặc cao hơn).

- Số lượng báo giá: 02 bản.

Kính mong các đơn vị tham gia và cung cấp tài liệu.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải Website BV; Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia);
- Lưu: VT, VT-TBYT.



Vũ Thành Chung

Phụ lục 01: YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CÁC TRANG THIẾT BỊ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 301 / YCBG -BVBTB ngày 24/3/2025)

TT	Tên, yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản
1	<p>Máy X-quang CArm x 01 máy</p> <p>Tính năng: Khi thao tác chụp, máy CArm sẽ ôm qua thân của bệnh nhân để có thể chụp nhiều góc độ, giúp xác định vị trí chính xác, cung cấp hình ảnh đầy đủ nhất. Giúp các bác sĩ dễ dàng định vị được những vị trí trọng yếu, để có thể: nắn chỉnh, đặt ốc, vít đúng vị trí, không lệch trục mà không cần phải mở rộng chỗ cần can thiệp ra.</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau- Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 hoặc tương đương- Nguồn điện: 220V(±10%); 50Hz- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng- Yêu cầu về điều kiện môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75% <p>Yêu cầu cấu hình: Cấu hình phải đảm bảo tối thiểu những cấu phần sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy, trong đó bao gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Cánh tay hình chữ C: ≥ 1 bộ+ Nguồn phát cao tần: ≥ 1 bộ+ Bóng X quang: ≥ 1 bộ+ Bộ chuẩn trục chùm tia: ≥ 1 bộ+ Bộ thu nhận ảnh: ≥ 1 bộ+ Trạm hiển thị di động: ≥ 1 bộ+ Bộ phần mềm hỗ trợ thăm khám, tăng cường chất lượng hình ảnh và giảm liều tia: ≥ 1 Bộ+ Bàn đạp điều khiển phát tia: ≥ 1 bộ+ Bộ áo chì, yếm chì: ≥ 2 bộ+ Máy in ảnh: ≥ 01 bộ- Kèm đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt), cattalog của hàng hóa, cam kết bảo hành, bảo trì sản phẩm (đảm bảo định kỳ 06 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành thiết bị).
2	<p>Hệ thống nội soi tai mũi họng (ống cứng) x 01 hệ thống</p> <p>Tính năng: Sử dụng ống nội soi chuyên dụng có gắn camera và kính chuyên dụng ở hai đầu để kiểm tra lớp niêm mạc bên trong vùng tai mũi họng và giúp quan sát rõ các tổn thương chẩn đoán và kịp thời phát hiện các bệnh về lý tai mũi họng</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau

TT	Tên, yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản
	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V ($\pm 10\%$); 50Hz - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Yêu cầu về điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>Yêu cầu cấu hình: Cấu hình phải đảm bảo tối thiểu những cấu phần sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy, trong đó bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Màn hình chuyên dụng (Full HD): ≥ 01 cái + Nguồn sáng Led: ≥ 01 cái + Dây dẫn sáng: ≥ 01 cái + Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng: ≥ 01 bộ <ul style="list-style-type: none"> - Bộ xử lý: có hệ thống video, tự động khử nhiễu, tự động cân bằng trắng, có độ phân giải cao, đầu ra DIV-D hoặc HDMI. - Camera: 2 chip có thể ngấm được, có thể dừng hình. + Dây dẫn tín hiệu: ≥ 01 cái + Card truyền hình ảnh: ≥ 01 cái + Ống nội soi: Số lượng ≥ 03 ống soi (kích thước tương đương $0^0 3\text{mm} \times 100\text{ mm}$; $30^0 4\text{mm} \times 175\text{ mm}$; $70^0 4\text{mm} \times 175\text{ mm}$) + Xe đẩy chuyên dụng: ≥ 01 cái + Bộ lưu điện $\geq 2\text{KVA}$: ≥ 01 bộ + Máy tính + Máy in: ≥ 01 bộ - Kèm đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt), cattalog của hàng hóa, cam kết đào tạo, hướng dẫn vận hành, bảo hành, bảo trì sản phẩm (đảm bảo định kỳ 06 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành thiết bị).
3	<p>Máy mổ Phaco x 01 máy</p> <p>Tính năng: Là thiết bị sử dụng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp mổ Phaco.</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V($\pm 10\%$); 50Hz - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Yêu cầu về điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>Yêu cầu cấu hình: Cấu hình phải đảm bảo tối thiểu những cấu phần sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy, trong đó bao gồm:

TT	Tên, yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản
	<ul style="list-style-type: none"> + Tay cầm Phaco chất liệu Titanium hoặc tương đương tái sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái + Pedan không dây hoặc có dây: ≥ 01 bộ + Tay cầm nhiệt điện chất liệu Titanium hoặc tương đương tái sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái + Đầu cắt dịch kính trước: ≥ 01 cái + Đầu cắt dịch kính sau: ≥ 01 cái + Đầu Tip Phaco chất liệu Titanium hoặc tương đương tái sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái + Tay cầm I/A đồng trục chất liệu Titanium hoặc tương đương tái sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái + Băng cassette chất liệu Silicon hoặc tương đương tái sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái + Xe đẩy máy: ≥ 01 cái - Kèm đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt), cattaog của hàng hóa, cam kết đào tạo, hướng dẫn vận hành, bảo hành, bảo trì sản phẩm (đảm bảo định kỳ 06 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành thiết bị).
4	<p>Holter theo dõi huyết áp (≥ 2 đầu ghi) x 01 hệ thống</p> <p>Tính năng: Thiết bị sử dụng theo dõi huyết áp tự động liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Máy cho phép ghi lại huyết áp tự động trong suốt thời gian đeo máy (≥ 24h) thông qua thiết bị đo huyết áp tự động.</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 hoặc tương đương - Nguồn cấp: Pin dùng một lần và pin sạc - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Yêu cầu về điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>Yêu cầu cấu hình: Cấu hình phải đảm bảo tối thiểu những cấu phần sau: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy, trong đó bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi: ≥ 2 cái - Pin AA + Bộ sạc: ≥ 2 cặp (kèm theo Bộ sạc Pin) - Phần mềm phân tích huyết áp: 01 bộ - Bao đo huyết áp động mạch: ≥ 04 cái - Đai đo bệnh nhân: ≥ 2 cái - Túi đựng thiết bị: ≥ 2 cái - Máy in trả kết quả: 01 cái

TT	Tên, yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản
	<ul style="list-style-type: none"> - Kèm đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt), cattalog của hàng hóa, cam kết đào tạo, hướng dẫn vận hành, bảo hành, bảo trì sản phẩm (đảm bảo định kỳ 06 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành thiết bị).
5	<p>Holter điện tim (≥ 2 đầu ghi) x 01 hệ thống</p> <p>Tính năng: Là thiết bị ghi lại điện tâm đồ liên tục trong suốt thời gian đeo máy (≥ 24h) thông qua một số điện cực dán trên ngực. Holter điện tâm đồ lưu kết quả dưới dạng băng cassette hoặc theo phương pháp kỹ thuật số.</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn cấp: Pin dùng một lần và pin sạc - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Yêu cầu về điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% <p>Yêu cầu cấu hình: Cấu hình phải đảm bảo tối thiểu những cấu phần sau:</p> <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy, trong đó bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi điện tim: ≥ 02 cái - Pin AA: ≥ 2 cặp (kèm theo Bộ sạc Pin) - Cáp bệnh nhân 5 điện cực: ≥ 02 bộ - Phần mềm phân tích tín hiệu điện tim: 01 bộ - Bao đựng với dây cài: 02 bộ - Điện cực dán: 02 túi - Card (≥ 2GB): ≥ 02 cái - Máy tính và máy in: 01 bộ - Kèm đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt), cattalog của hàng hóa, cam kết đào tạo, hướng dẫn vận hành, bảo hành, bảo trì sản phẩm (đảm bảo định kỳ 06 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành thiết bị).
6	<p>Máy gây mê (kèm thở, có theo dõi khí mê) x 01 máy</p> <p>Tính năng: Là thiết bị hỗ trợ bệnh nhân về thông khí, cung cấp oxy và khí thở cho bệnh nhân. Đồng thời cung cấp khí gây mê cho người bệnh trong quá trình phẫu thuật.</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V(±10%); 50Hz - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Yêu cầu về điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C

TT	Tên, yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản
	<p>+ Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$</p> <p>Yêu cầu cấu hình: Cấu hình phải đảm bảo tối thiểu những cấu phần sau: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy, trong đó bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ dây cấp khí nén: ≥ 01 bộ - Bộ dây cấp Oxy: ≥ 01 bộ - Bộ thải khí mê: ≥ 01 bộ - Bình bốc hơi: ≥ 01 bình - Bình hấp thụ CO2 dùng nhiều lần: ≥ 01 bình - Bộ cung cấp Oxy phụ trợ: ≥ 01 bộ - Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái - Dây gậy mê người lớn sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái - Mặt nạ trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái - Dây gậy mê trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái - Bóng bóp người lớn: ≥ 01 cái - Bóng bóp trẻ em: ≥ 01 cái - Bộ đo khí mê tích hợp trong máy: ≥ 01 bộ - Bộ sưởi ẩm đường thở tích hợp trong máy: ≥ 01 bộ - Cảm biến đo lưu lượng, sử dụng nhiều lần: ≥ 05 cái - Bộ dây trích khí lấy mẫu, bẫy nước dành cho theo dõi khí mê: ≥ 05 bộ - Phổi giả thử máy: ≥ 01 bộ - Xe đẩy đồng bộ chính hãng: ≥ 01 cái - Vôi sô đa: ≥ 05 lít - Kèm đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt), cattalog của hàng hóa, cam kết đào tạo, hướng dẫn vận hành, bảo hành, bảo trì sản phẩm (đảm bảo định kỳ 06 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành thiết bị).
7	<p>Máy sóng ngắn x 01 máy</p> <p>Tính năng: Là thiết bị trong vật lý trị liệu trong đó sử dụng các bức xạ điện từ có bước sóng tính bằng mét, sóng ngắn dùng trong điều trị thông thường có bước sóng từ 11 m (tương đương tần số 27,12 MHz) đến 22 m (tần số 13,56 MHz).</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V($\pm 10\%$); 50Hz - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Yêu cầu về điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>Yêu cầu cấu hình:</p> <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy, trong đó bao gồm:</p>

TT	Tên, yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản
	<ul style="list-style-type: none"> + Cánh tay điều trị: ≥ 02 cái + Điện cực điện cảm: ≥ 01 cái + Điện cực điện dung: ≥ 02 cái + Đèn thử sóng: ≥ 01 cái + Tủ điện y khoa hỗ trợ điều trị (tích hợp sẵn trong máy). - Kèm đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt), cattaog của hàng hóa, cam kết đào tạo, hướng dẫn vận hành, bảo hành, bảo trì sản phẩm (đảm bảo định kỳ 06 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành thiết bị).

Phụ lục 02: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 304 /YCBG-BVBTTL ngày 24/3/2025)
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bắc Thăng Long

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bắc Thăng Long, chúng tôi(Tên đơn vị cung cấp báo giá)

Địa chỉ: Mã số thuế: Điện thoại: Email:

1. Báo giá cho các hàng hóa và các dịch vụ liên quan:

STT	STT theo danh mục mời chào giá	Danh mục hàng hóa chào giá	Tên thương mại (nếu có)	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS của hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí dịch vụ liên quan)	Thành tiền (VNĐ)	Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương	Phân loại trang BHYT	Giá trúng thầu tương tự trong vòng 12 tháng (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1															
2															

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ 17h ngày 04/4/2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phụ hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP

(Ký tên, đóng dấu)