

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Bắc Thăng Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu: Cung cấp vật tư tiêu hao thay thế của Hệ thống máy tán ngược dòng bằng Laser ($\geq 100W$) thuộc dự toán mua sắm thường xuyên tại đơn vị với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - xã Thụ Lâm - thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người trực tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Liên hệ Dược sỹ Tuấn)

Số điện thoại: 0978 852 368. Email: vttbytbvbt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> và trên Website Bệnh viện theo địa chỉ: <http://benhvienbacthanglong.org.vn>.

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Sau thời điểm nêu trên Bệnh viện sẽ không tiếp nhận các thông tin gửi đến.

- Bản cứng gửi theo địa chỉ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế.

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - xã Thụ Lâm - thành phố Hà Nội.

- Bản mềm gửi theo địa chỉ email: vttbytbvbt@gmail.com

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dây dẫn tia Laser dùng nhiều lần	- Dây dẫn tia laser lõi quang học 272 micron, dài 3m, đường kính ngoài 0,42mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. Tương thích với hệ thống tán sỏi của Bệnh viện	Chiếc	01

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
2	Dây dẫn tia Laser dùng nhiều lần	- Dây dẫn tia laser lõi quang học 550 micron, dài 3m, đường kính ngoài 0.75mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. Tương thích với hệ thống tán sỏi của Bệnh viện	Chiếc	03
3	Dây dẫn tia Laser dùng nhiều lần	- Dây dẫn tia laser lõi quang học 800 micron, dài 3m, đường kính ngoài 1.2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. Tương thích với hệ thống tán sỏi của Bệnh viện	Chiếc	03
4	Kính lọc tia laser	- Kính lọc tia laser sử dụng cho máy tán sỏi laser Cyber Ho 100 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. Tương thích với hệ thống tán sỏi của Bệnh viện	Chiếc	03

2. Đơn vị cung cấp gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế (hoặc tương đương); Cattalog của hàng hóa hoặc tài liệu chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không tạm ứng hợp đồng, thanh toán khi có đầy đủ các thủ tục thanh toán.

Kính mong các đơn vị tham gia và cung cấp tài liệu.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải Website);
- Lưu: VT-TBYT, VT.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Trần Xuân Thăng



Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1044/YCBG-BVBTL ngày 12/09/2025)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bắc Thăng Long

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bắc Thăng Long, chúng tôi(Tên đơn vị cung cấp báo giá)

Địa chỉ: Mã số thuế: Điện thoại: Email:

1. Báo giá cho các hàng hóa và các dịch vụ liên quan:

STT	STT theo danh mục mời chào giá	Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá	Tên thương mại (nếu có)	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS của hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí dịch vụ liên quan)	Thành tiền (VND)	Phân loại trang BHYT (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày hết hiệu lực của thời gian yêu cầu cung cấp báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu)

